

坂月川ビオトープにおける空間放射線量率の測定結果

測定地点名	測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)		地面の形状	測定日 天候	【参考】 前回測定値 (H25.2.13) ($\mu\text{Sv/h}$)	
	1.0m	0.5m			1.0m	0.5m
①ビオトープ脇 資材庫前	0.07	0.07	土	H26.5.14 曇	0.08	0.09
②たんぼ池脇木道	0.04	0.04	木板	H26.5.14 曇	0.04	0.04
③カエル池脇木道	0.03	0.04	木板	H26.5.14 曇	0.05	0.05

NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ TCS-172B(日立アロカメディカル株式会社製)
測定範囲：上限 $30\mu\text{Sv/h}$ 精度：測定値に対する許容誤差 $\pm 15\%$

