

仕様書に関する質問回答書		
件 名		高規格救急自動車 4台
質 問 事 項		回 答
1	P.1 第1 総則 3について、製作承認図書は、納期から換算しての作成となるため、当初より30日以内の製作承認図書の作成が難しい状況となってしまいますが、よろしいでしょうか。	仕様書 第1 総則 3のとおりとなります。 契約後、当局が認めた場合は延長することができます。
2	P.3 第3 シャシ 3 主付属装置及び取付品 (14) エ について、チューナーレスのご希望であれば、社外品（保証期間1年）となり、純正品ですと、チューナーレスはないので、テレビアンテナを取り付けないかたち（保証期間3年）での対応となります。 どちらがよろしいでしょうか。	テレビアンテナを取り付けないかたちでの対応で可とします。
3	P.3 第3 シャシ 3 主付属装置及び取付品 (14) カ について、車両を上から見たような映像をナビ画面に表示するパノラミックビューモニターでよろしいでしょうか。	車両周囲の安全を確認できるという要件を満たしていれば、ナビゲーションへ映し出す方法を可とします。
4	P.3 第3 シャシ 3 主付属装置及び取付品 (14) ク について、2.0 タイプでよろしいでしょうか。	2.0 タイプで可とします。
5	P.5 2 電気機器 (8) について、マフラーの位置が右後タイヤの後方より側方出しのため、構造上、車両右後部にマグネットコンセントを設けることができません。車両左後部でもよろしいでしょうか。	車両構造上不可能であれば、車両左後部に設けることを可とします。
6	P.6 第5 塗装及び記入文字 1 塗装 (1) について、両側面及び後面に貼り付ける反射材幅が76mmで、前面には赤色塗色ではなく70mm幅の赤色シート（シール）の貼付でもよろしいでしょうか。その場合、70mm幅と76mm幅とのつなぎ部分は違和感のないように76mm幅の反射材の先端を加工します。	車両前面に限り、塗装の代用として、赤色シートを貼り付けることを可とします。

7	P. 9 別表 取付品及び付属品 1 番号 26 レスキュー工具 1 式 について、車両重量が増加し右前タイヤの荷重が増加したため、レスキュー工具は専用バックに収納し、搭載となりますがよろしいでしょうか。	仕様を網羅し、積載可能であれば可とします。
8	P. 16 別表 取付品及び付属品 3 番号 8 「応急救護所」旗 1 式 番号 10 救急車ステッカー 1 枚 詳細の指示をお願いします。	「応急救護所」旗の詳細については、別紙を添付いたしますので、ご確認ください。 救急車ステッカーのデザインについては、別紙のとおりです。 大きさについては、下記のとおりです。 縦 概ね 3 0 0 m m 横 概ね 1 4 0 0 m m
9	仕様書への記載はありませんが、従来同様、下記 9 点は装着するかたちでよろしいでしょうか。 1. 出場予告＋サイレンスタートスイッチ取付 2. サイレン音ブッシュスイッチ取付 3. 直進・交差点メッセージスイッチ取付 4. 直進音声メッセージスイッチ取付 5. 交差点音声メッセージスイッチ取付 6. 感謝音声メッセージスイッチ取付 広報メッセージリモートスイッチ 7. 大阪サイレンメッセージ変更 8. ティッシュグローブボックスホルダー2 連 取付 縦型収納庫 2 ツ折り扉用 9. ティッシュグローブボックスホルダー（マグネット式）1 個搭載	仕様を網羅し、取り付け可能であれば可とします。